

Số: 288/TB-BVTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá Máy hút đờm dãi, máy huyết áp, Máy đo Spo2 (chỉ số đo nồng độ oxy trong máu) cho Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng có nhu cầu giá Máy hút đờm dãi, máy huyết áp, Máy đo Spo2 (chỉ số đo nồng độ oxy trong máu) tại bệnh viện. Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng kính mời các Công ty quan tâm gửi báo giá cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ, phụ lục đính kèm.Theo phụ lục 01
2. Bảng báo giá gồm các nội dung sau:
 - Biểu mẫu báo giá theo mẫu Phụ lục 01. (Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá trong vòng 60 ngày.
 - Tên hàng hóa, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí hoàn thành công việc).
 - Báo giá kèm theo giấy phép kinh doanh
 - Giấy phép đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế.
3. Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này đến trước 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2025.
 - Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Liên Chiểu– Tp. Đà Nẵng
 - Đơn vị gửi báo giá sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Các công ty;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Khoa Dược-Tổ TBVT.

GIÁM ĐỐC



BS. Trần Nguyên Ngọc

PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN BÁO GIÁ

MUA MÁY HÚT ĐỜM DẪI, MÁY HUYẾT ÁP, MÁY ĐO SPO2 (CHỈ SỐ ĐO NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU).

(Đính kèm Thông báo số: 288 /TB-BVTT ngày 05 tháng 9 năm 2025 của BVTT thành phố Đà Nẵng)

STT	Nội dung thực hiện	Yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy hút đờm dãi	- Chân không cao, dòng điện cao - Điện vào: 180VA - Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz - Chân không tối đa: $\geq 80\text{kPa}$ - Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa - Dòng khí tối đa: $\geq 20\text{L/min}$ (760mmHg) - Mức âm thanh: $\leq 60\text{dB(A)}$ - Bình hút (thủy tĩnh): 2500ml/ hình, một máy có 2 bình - Khối lượng: 15.5kg - Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm)	Cái	01	
02	Máy huyết áp	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg - Độ chính xác $\pm 3\text{mmHg}$ - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao	Cái	03	

		- Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Là thiết bị không thể thiếu cho các bác sỹ, y tá và sinh viên ngành y. - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai. Tai Nghe tim phổi (dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ) - Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá - Bộ phận khuếch đại âm thanh Làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao.			
03	Máy đo Spo2 (chỉ số đo nồng độ oxy trong máu)	- Dải đo SpO2: 35% - 99% - Dải đo nhịp tim: 25 - 250 bpm - Độ chính xác: SpO2 $\pm 2\%$ (trong khoảng 70% - 100%), nhịp tim ± 2 bpm - Màn hình hiển thị: LED hoặc OLED, hỗ trợ hiển thị SpO2, nhịp tim (PR), chỉ số tưới máu (PI) - Tính năng màn hình: Có thể xoay 4 chiều và điều chỉnh 5 mức độ sáng - Chức năng: Cảnh báo âm thanh cho chỉ số SpO2 thấp, cảnh báo cài đặt giới hạn, tự động tắt	Cái	01	

		nguồn sau 10 giây không sử dụng - Trọng lượng: 42.5g (bao gồm 2 pin AAA) - Kích thước: Khoảng 62.2mm x 37mm x 33.1mm - Nguồn điện: Sử dụng 2 pin AAA			
--	--	---	--	--	--

hmm